Manual de uso del equipo de infusión Cleo™ 90

Consulte las instrucciones de uso si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Introducción del puerto y conexión del equipo de tubo

1. Lávese las manos exhaustivamente.



2. Prepare el puerto y déjelo secar.



3. Gire la tapa para extraerla.



4. Inspeccione el dispositivo para ver si están el adhesivo y la aguja de inserción.



5. Presione firmemente hasta que oiga un clic; mantenga presionado durante 5 segundos; retire el dispositivo.



6. Compruebe que la aguja se haya retraído.



7. Presione para fijar el adhesivo.



8. Conecte el tubo y llénelo de acuerdo con el manual del usuario de la bomba.*



9. Presione los brazos del conector del puerto hacia adentro y deslícelo para abrirlo por completo.



10. Conecte el tubo al puerto según la posición más adecuada. El equipo de infusión Cleo 90 tiene ocho posibles posiciones.



11. Cierre el conector. Un clic confirma el cierre.



12. Llene la cánula con la medicación.
    - La cánula de 6 mm tiene un volumen de cebado de 0,002 ml.
    - La cánula de 9 mm tiene un volumen de cebado de 0,003 ml.

Desconexión



Abra el conector presionando los brazos del conector del puerto hacia dentro y deslizándolo para abrirlo por completo.

Retirada del puerto de inyección





Cambio del catéter Cleo 90

Cambie el catéter de acuerdo con la política y los procedimientos de su centro.

* Advertencia: Nunca llene el tubo con medicación o insulina mientras el equipo de infusión está conectado a su cuerpo, o podría administrarse un bolo de medicación de forma involuntaria.

© 2023 ICU Medical Inc. | P23-5739-2-EMEA-ES

The product complies with current legislation and has the corresponding CE marking. For additional information, warnings and/or safety precautions, refer to the manufacturer's Instructions for Use.

icumedical
human connections
+34 93 363 84 00 | www.icumed.com