Guida di riferimento per

il collettore NanoClave™

Sistema di infusione con accessi multipli

Disinfezione e protezione

- Quando si collega una nuova rampa con NanoClave, prima di collegare gli ingressi laterali del connettore e la linea principale del set collegando una soluzione di riempimento desiderata o una normale soluzione salina, in conformità al protocollo della struttura.
- Prima di accedere a un connettore NanoClave disinfettare sempre il sito di iniezione con l'antisettico approvato dal protocollo della struttura.
- Pulire il sito di iniezione rispettando modalità e tempi di asciugatura indicati dal protocollo della struttura.

Somministrazione

- Collegare la linea di infusione o la siringa e il connettore NanoClave inserendo il luer e ruotando fino a ottenere un fissaggio completo.
- Non serrare eccessivamente il luer oltre tale limite perché sia il luer che il connettore NanoClave potrebbero esserne danneggiati.

Lavaggio ad ogni uso

- Lavare il connettore NanoClave attenendosi al protocollo della struttura. Dopo ogni uso il collettore NanoClave può essere lavato e non è necessario sostituirlo.
- Eseguire un lavaggio di routine in conformità con il protocollo della struttura per preservare la pervietà del catetere.
- Sostituire il collettore NanoClave in conformità con il protocollo della struttura e le linee guida CDC.

SALINEFLUSH

Il lavaggio opzionale di NanoClave con soluzione salina è concepito per contribuire a ridurre il rischio di trombocitopenia indotta da eparina (TIE).

icumedical
human connections

Il prodotto è conforme alla normativa vigente e presenta la corrispondente marcatura CE. Per ulteriori informazioni, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del produttore.

© 2024 ICU Medical, Inc. | C24-4984-EMEA-IT

+39 800 969 589 | www.icumed.com