Referenzleitfaden für den

NanoClave™ Infusionsverbinder

Multiport-Infusionssystem

Schutz durch Desinfektion

- Wenn Sie einen neuen NanoClave-Manifold anbringen, entlüften Sie jeden seitlichen Anschluss und die Hauptleitung des Sets mit einer gewünschten Spüllösung oder mit normaler Kochsalzlösung gemäß dem Protokoll der Einrichtung.
- Desinfizieren Sie jedes Mal, wenn Sie einen Zugang zu einem NanoClave Konnektor herstellen, die Injektionsstelle mit einem Antiseptikum gemäß dem entsprechenden Protokoll der Einrichtung.
- Reinigen Sie die Injektionsstelle gemäß dem Protokoll der Einrichtung, in dem die vorgeschriebene Reinigungs- und Trockenzeit festgehalten ist.

Verabreichung

- Bringen Sie den IV-Schlauch oder die Spritze an den NanoClave Konnektor an, indem Sie den Lueranschluss einführen und drehen, bis ein sicherer Halt erreicht ist.
- Drehen Sie den Luer-Anschluss nicht über diesen Reibungspunkt hinaus weiter, da ansonsten sowohl der Luer-Anschluss als auch der NanoClave Konnektor beschädigt werden können.

Spülen nach jeder Verwendung

- Spülen Sie den NanoClave-Manifold Anschluss gemäß dem Protokoll der Einrichtung. Nach der Verwendung mit Blut kann der NanoClave-Manifold durch Spülen gereinigt werden und muss nicht ausgetauscht werden.
- Führen Sie die Spülung gemäß dem Protokoll der Einrichtung durch, um die Durchlässigkeit des Katheters zu erhalten.
- Wechseln Sie den NanoClave-Manifold in Übereinstimmung mit dem Protokoll der Einrichtung.

SALINEFLUSH

Der NanoClave bietet die Möglichkeit einer Spülung mit Kochsalzlösung, wodurch das Risiko einer heparininduzierten Thrombozytopenie (HIT) verringert werden kann.

icumedical
human connections

Das Produkt entspricht der geltenden Gesetzgebung und verfügt über die entsprechende CE-Kennzeichnung. Weitere Informationen zu Warnhinweisen und/oder Sicherheitsvorkehrungen sind den Gebrauchsanweisungen des Herstellers zu entnehmen.

Deutschland: +49 2349 7849009
Österreich: +43 800296430
www.icumed.com

© 2024 ICU Medical, Inc. | C24-4984-EMEA-DE